


送気送水チューブ

マルチフローシステム

豊富なチューブバリエーションで、多様な送水が可能
診療や治療を幅広くサポート



副送水チャンネルの送水使用 (最大送水量：約250ml/分 ±10%)

組合せパターン①：MF-WVA + MF-WPU-SA (or MF-WPU-BYA)



品名	型式	梱包単位	JANコード
サブチャンネルコネクタ	MF-WVA	50本/箱	4547319140851
マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本/箱	4547319140875
マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA		4547319140882

組合せパターン②：AF-WV + MF-WPU-SA (or MF-WPU-BYA)



品名	型式	梱包単位	JANコード
ウォーターチューブ	AF-WV (逆止弁)	50本/箱	4547319140028
マルチフロー-S	MF-WPU-SA	10本/箱	4547319140875
マルチフロー-BY	MF-WPU-BYA		4547319140882


組合せ図



内視鏡用処置具の送水使用


(最大送水量：約70ml/分 ± 10%)

AF-WV + MF-WPU-E



品名	型式	梱包単位	JANコード
ウォーターチューブ	AF-WV (逆止弁)	50本/箱	4547319140028
マルチフローESD	MF-WPU-E	10本/箱	4547319140868

組合せ図



●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水濡れに注意し、直射日光を避け高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)送水は、必ず内視鏡機器を起動させた状態で行ってください。
- 5)ウォーターチューブは再使用しないでください。

一般的名称：送気送水チューブ
販売名：ウォーターチューブ
届出番号：09B1X00004000129

製造販売元

FGM フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本社 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647
東京営業所 TEL:03-3863-1901/FAX:03-3863-1905

Q <https://www.fgm.co.jp>

販売元 **ORT** メディカル株式会社

本社営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9階
TEL:045-534-7015/FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300/FAX:06-6476-7289

Q <https://www.ort-medical.jp>

取扱販売店